



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně 16.7.2010

Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce C/10/263 Laboratorní vybavení Ústavu experimentální biologie PřF MU

Zadavatel Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce C/10/263 **Laboratorní vybavení Ústavu experimentální biologie PřF MU**, vyhlášené dne 2.7.2010, tyto dodatečné informace:

- Dotaz č.1: prosím o upřesnění technických specifikací 6.části zakázky C/10/263 Sada pipet se stojánky:
 - jedná se o mechanické pipety anebo elektronické?
 - jak si představujete pojem digitální?
 - aretace nastaveného objemu – je nutný speciální aretační kolík anebo postačí po nastavení objemu zaaretování objemu tak, aby nedošlo k samovolnému přenastavení objemu, ale změna objemu na pipetě bude pouze vynucenou akcí laboranta/tky ?

- Odpověď na dotaz č.1:
 - jsou požadovány mechanické pipety;
 - pojem digitální ve vztahu ke stupnici nastavení objemu pipety znamená, že pipetu lze za pomoci numerické stupnice obsahující 3-4 číselné pozice nastavit s minimálním krokem odpovídajícím 1% z maximální hodnoty objemu garantovaného pro dávkování danou pipetou;
 - aretaci nastaveného objemu požadujeme zvláštním aretačním kolíkem, který zabrání samovolnému přenastavení objemu.

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan