



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně 22.7.2010

Dodatečné informace č.2 k veřejné zakázce C/10/263 Laboratorní vybavení Ústavu experimentální biologie PřF MU

Zadavatel Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce C/10/263 **Laboratorní vybavení Ústavu experimentální biologie PřF MU**, vyhlášené dne 2.7.2010, tyto dodatečné informace:

- Dotaz č.2: mám následující otázky k výběrovému řízení č. C/10/263:

První část, položka 1 Membránová vývěva pro sušení vzorků - požadujete mezní sací tlak min. 20kPa - bude z Vaší strany akceptovatelná membránová vývěva s mezním sacím tlakem 10 kPa?

Třetí část, položka 2 Vortex - požadujete rychlost min. 3000rpm - bude z Vaší strany akceptovatelná rychlost otáček do 2500 rpm?

Pátá část - požadujete pipetu s nastavitelným objemem 500 – 5000 ul. Budete akceptovat namísto tohoto objemu rozsah 1000 – 5000 ul? (chybějící rozdíl máte pokryt v pipetě 100 – 1000 ul). Budete akceptovat pipety s pevným dolním kónusem pipet?

- Odpověď na dotaz č.2:

Zadavatel požaduje dodržení stanovených technických parametrů. Zboží s jinými, než v příloze výzvy uvedenými technickými parametry, nebude zadavatelem akceptováno.

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan