

Odpovědi na dotazy

Předmět (název) veřejné zakázky : Dodávka vybavení laboratoře molekulární biologie

Číslo dotazu	Dotazy	Odpovědi
1.	<p>Položka I.4 - Systém na úpravu vody reverzní osmózou:</p> <p>- je údaj "produkce min. 1 l/min" správný?</p> <p>- pokud ano, jaký bude celkový denní odběr upravené vody?</p>	<p>ANO (akceptovatelné je 0,5 l/min).</p> <p>10-20 l/den</p>
2.	<p>Položka I.5 - Spektrofotometr</p> <p>- je rozsah objemů (od 1 ul do 3 ml) uveden správně?</p> <p>- požadavek na měření do 1 minuty od zapnutí je nutné bezpodmínečně dodržet? U spektrofotometrů je obvyklé mít je zapnuté určitou dobu před měřením (zahřátí a stabilizace zdroje světla, stabilizace teploty v přístroji).</p>	<p>ANO (možnost měřit jak mikroobjemy, tak ve standartních kyvetách pro mililitrové objemy)</p> <p>EXISTUJÍ PŘÍSTROJE, KTERÉ DEKLARUJÍ, ŽE NEPOTŘEBUJÍ JIŽ TUTO DELŠÍ DOBU PRO ZAHŘÁTÍ - akceptovatelné je do 3 min.</p>

10. 1.2011, Mgr. Eva Kalmíková

Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.